



检 测 报 告

报告编号: S251222-01

委托单位: 北京市老才臣食品有限公司
受检单位: /
检测类别: 水和废水
报告日期: 2025 年 12 月 22 日

蓝茵检测技术(天津)有限公司



声 明

1. 本机构秉承方法科学、数据准确、诚实守信、行为公正的质量方针，对出具的检测数据负责。
2. 完整的检测报告包括封面及报告正文，报告无编写人、审核人、批准人签字无效。
3. 检测报告涂改无效，未加盖检测专用章、骑缝章、资质认定标志无效。
4. 本检测报告所提供的所有数据是一个整体，并且具有关联性，未经本单位批准，不得复制（全文复制除外）检测报告。
5. 复印报告未重新加盖检测专用章、骑缝章无效。
6. 委托检测的数据结果仅对本机构现场采集及受理的样品负责。
7. 本报告仅对委托单位负责，如需提供给第三方使用，请与委托单位联系。
8. 未加盖资质认定标志的报告，其检测结果仅供内部参考，不具有对社会的证明作用。
9. 标注*符号的检测项目为分包项目。
10. 检验检测机构不负责抽样（如样品由客户提供）时，检测结果仅适用于客户提供的样品。

地址：天津市蓟州区经济开发区天成东路 5 号

电话：13910507094 17622909025

邮编：301914

Email: lanyinjiance@163.com

蓝茵检测技术（天津）有限公司
检测报告

受 检 单 位	北京市老才臣食品有限公司	样品来源	☒ 送样 ☐ 采样
送 样 地 址	北京市平谷区兴谷 经济开发区 5 号区	受理日期	2025 年 11 月 12 日
收 样 日 期	2025 年 12 月 10 日、 2025 年 12 月 11 日	分析日期	2025 年 12 月 10 日- 2025 年 12 月 18 日
检测项目/方法依据/仪器/点位及结果：见附表		报告日期	2025 年 12 月 22 日

蓝茵检测技术（天津）有限公司

检测报告

一、检测方法及设备

表1 检测方法及设备

检测项目	检测方法依据	检出限	仪器型号名称/编号
pH 值	《水质 pH 值的测定电极法》 HJ 1147-2020	/	PHSJ-3F 实验室 pH 计 /LYJC-A-Q-058
色度	《水质色度的测定稀释倍数法》 HJ 1182-2021	2 倍	50ml 比色管、 100ml 比色管 /LYJC-A-Q-027-（13~17）、 LYJC-A-Q-026
悬浮物	《水质悬浮物的测定重量法》 GB/T 11901-1989	/	BAO-80A 精密鼓风干燥箱、JJ224BC 电子天平、SH2-D (III) 循环水式多用真空泵/LYJC-A-Q-001、LYJC-A-TP-06、LYJC-B-020
五日生化需氧量	《水质五日生化需氧量 (BOD ₅) 的测定稀释与接种法》 HJ 505-2009	0.5 mg/L	SPX-150B 生化培养箱、P610 型溶解氧测定仪 /LYJC-A-Q-014、LYJC-A-Q-024
化学需氧量	《水质化学需氧量的测定重铬酸盐法》 HJ 828-2017	4 mg/L	50mL 滴定管/ LYJC-A-Q-072
氨氮	《水质氨氮的测定纳氏试剂分光光度法》 HJ 535-2009	0.025 mg/L	TU-1810 紫外可见分光光度计/LYJC-A-Q-002
总氮	《水质总氮的测定碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法》 HJ 636-2012	0.05 mg/L	TU-1810 紫外可见分光光度计/LYJC-A-Q-002
总磷	《水质总磷的测定钼酸铵分光光度法》 GB/T 11893-1989	0.01 mg/L	TU-1810 紫外可见分光光度计/LYJC-A-Q-002
动植物油类	《水质石油类和动植物油类的测定红外分光光度法》 HJ 637-2018	0.06 mg/L	JC-OIL-6 红外分光测油仪 /LYJC-A-Q-004
*可滤残渣	《水和废水监测分析方法》（第四版 增补版）第三篇、第一章、七、（二）103-105℃烘干的可滤残渣	/	DTIE-002 ME204/02 电子天平

注：标*项目分包于资质认证许可编码为 250212050027 的天津鼎泰检测科技有限公司。

蓝茵检测技术（天津）有限公司

检测报告

二、废水检测结果

表 2 废水检测结果

样品编号	检测点位	收样日期	检测项目	检测结果	样品状态描述
L251210LC-SF-1-1-01	A 区污水池	2025.12.10	pH 值（无量纲）	6.6（15.2℃）	无色、微臭、清澈、无油膜
			悬浮物（mg/L）	22	
			色度（倍）	2L	
			化学需氧量（mg/L）	25	
			氨氮（mg/L）	0.148	
			总磷（mg/L）	0.90	
			总氮（mg/L）	5.11	
			五日生化需氧量（mg/L）	9.1	
			动植物油类（mg/L）	0.06	
L251210LC-SF-2-1-01	C 区污水池	2025.12.11	*可滤残渣（mg/L）	1.58×10 ³	淡黄、微臭、清澈、无油膜
		2025.12.10	pH 值（无量纲）	7.2（15.8℃）	
			悬浮物（mg/L）	35	
			色度（倍）	4	
			化学需氧量（mg/L）	46	
			氨氮（mg/L）	0.532	
			总磷（mg/L）	1.28	
			总氮（mg/L）	17.2	
			五日生化需氧量（mg/L）	20.3	
			动植物油类（mg/L）	0.18	
		2025.12.11	*可滤残渣（mg/L）	450	

注：标*项目分包于资质认证许可编码为 250212050027 的天津鼎泰检测科技有限公司。

编制人: 

审核人: 

批准人: 

批准日期: 2025.12.22

****报告结束****